

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)

Юридический и фактический адрес:
248018, г.Калуга, ул.Баррикад, д.181,
телефон/факс (4842) 57-46-75
E-mail: sanepid@kaluga.ru,
<http://40.rosпотребнадзор.ru/center/>
ОКПО 75476192, ОГРН 1054004004812
ИНН/КПП: 4028033349 / 402901001



Аттестат аккредитации
испытательной лаборатории (центра)
Зарегистрирован в Госреестре:
№ РОСС RU.0001.510106

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 9510 от 4 июля 2019 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ОАО "Стройполимеркерамика"
2. **Юридический адрес:** 249201, Калужская область, Бабынинский район, п.Воротынский, ул. Заводская, д. 1
3. **Наименование образца (пробы), дата изготовления:** Кирпич керамический пустотелый; дата изготовления: 15.06.2019 11:13; номер партии: 296; объем партии: 130 тыс.шт.; упаковка: Заводская упаковка; вес(объем) пробы для испытаний: 5 л
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ОАО "Стройполимеркерамика"
Юридический адрес: 249201, Калужская область, Бабынинский район, п.Воротынский, ул. Заводская, д.1.
Фактический адрес: Бабынинский район, п. Воротынский, ул. Заводская, 1
страна: РОССИЯ
5. **Место отбора:** ОАО "Стройполимеркерамика", Калужская область, Бабынинский район, п.Воротынский, ул. Заводская, д.1
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 17.06.2019 с 09:00 до 10:00
Ф.И.О., должность: Попонина А.В, начальник ОТК

Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.06.2019 10:00
НД на отбор проб: ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов
7. **Дополнительные сведения:**
Заявление заказчика, Договор № 1722 от 24.06.2019
Заявление(заявка) № 40-20/2162-19 от 20.06.2019
8. **НД на продукцию:** ГОСТ 530-2012
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:**
СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)"
10. **НД на метод измерения:** МИА радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра, 2003 г.
11. **Код образца (пробы):** Р.19.9510 1